LE GUIDES DES BOUCLES FERMÉES

	MINIMED TM 640G SYSTEM	**MINIMED TM 780G SYSTEM**	**OMNIPOD DASH (R)**	**OMNIPOD 5**	**TANDEM T:SLIM X2**	**MEDTRUM**	**MYLIFE YPSOPUMP**	**KALEIDO**
Taille	10,2 x 5,8 x 2,8 cm	10,2 x 5,8 x 2,8 cm	3,9 l x 5,2 L x 1,45cm	3,9 x 5,2 x 1,45 cm	7.95 x 5.08 x 1.52 cm	4,05 x 3,15 x 1,15 cm	7,8 x 4,6 x 1,6cm	5 x 3,5 x 1,25cm
Poids	117g	117g	26g sans insuline	26g	112 g	13,8g	83g	19g
Age d'utilisation	Sans limite d'âge	7 à 80 ans	N'est pas adaptée aux enfants pour lesquels un débit de base inférieur à 0,05 U/h est nécessaire	2 ans et +	A partir de 6 ans	A partir de 2 ans	Sans limite d'âge	Adultes
Ecran	Ecran 4,2 x 3,1 cm - Ecran couleur avec contraste auto-ajustable, non tactile	5,36 x 9,68 x 2,49 (cm), couleurs, non tactile	Taille de la télécommande 6,21 l x 12,0 L x 2,5 H couleur tactile	56,16 mm de largeur x 120,58 mm de hauteur	5 x 3,8 cm, Tactile, couleurs	Ecran du PDM : couleur, tactile	Ecran du PDM : couleur, tactile	NA
Contenance du réservoir (ml et unités d'insuline)	3,0 ml (300 unités) ou 1,8 ml (180 unités) Débit basal : 0,00 à 35U/h Incrément : 0,025 U, réglable 48 débits programmables sur une journée. Dose débit de base temporaire: U/H ou pourcentage (0 à 200%)	3,0 ml (300 unités) ou 1,8 ml (180 unités) Débit de base Nombre de schéma : 8 / Incréments: 0,025 U pour 0,025 - 0,975 U/H ; 0,05 U pour 1,00 - 9,95 U/H ; 0,1 U pour les débits de 10,0 U/H minimum	200 unités Débit de base Nombre de schéma : 8 / Incréments: 0,025 U pour 0,025 - 0,975 U/H ; 0,05 U pour 1,00 - 9,95 U/H ; 0,1 U pour les débits de 10,0 U/H minimum	max 2ml	Réservoir 3.0 mL (300U) avec Humalog® ou Novorapid® U100 Remplissage avec seringue et flacon	2ml soit 200 unités d'insuline	160 unités d'insuline	200 unités d'insuline
Débit de base temporaire	30 min à 24H	48 plages de 30 min à 24H	Débit basal à 0 et incrément basal de 0,05 U/h	Débit de base inférieur à 0,05U/h est nécessaire	Débit basal : 0 puis de 0,1 à 15 unités/h Incréments par paliers de 0,001 aux débits programmés égaux ou supérieurs à 0,1 unité/h	0 et 25 UI/H	0 et 25 UI/H	0,05 à 5 U/h
Autonomie	9,3 jours en moyenne	9,3 jours en moyenne	Environ 2 jours en usage normal après une charge complète	36h	7 jours pour utilisation normale (4-5 jours avec connexion système MCG) Recommandation : charge quotidienne de 10-15 min.	Jusqu'à 3 jours pour le Réservoirs-Patch	3 jours	Cycle d'une cartouche à 3 jours à charge pleine, avec une utilisation maximale d'insuline de 200 U sur 3 jours