FRESENIUS KABI

caring for life*

* prendre soin de la vie

Amika

Pompe à nutrition entérale

Notice d'utilisation simplifiée

Note: Cette notice d'utilisation simplifiée n'a pas pour objectif d'être une notice complète pour les instructions de mise en place et d'utilisation de la pompe à nutrition entérale Amika.

1. Installation de la tubulure



2. Description de l'interface

3. Fonctionnement de la pompe

3.1 Allumer la pompe

3.2 Purger la tubulure

Purge automatique (~ 1 min 45 s)



Purge semi-automatique



3.3 Régler le débit (mL/h)

3.4 Régler le volume cible (mL)



3.5 Démarrer l'administration (Après purge de la tubulure)

3.6 Arrêter l'administration

Appui long > 2s: réinitialisation de la barre de progression

Verrouiller les touches > 2 s

Éteindre la pompe > 2 s

4. Menu

Arrêter l'administration

puis appuyer sur la touche MENU

Vers le haut

Vers le bas

Entrer dans un menu ou valider une action

Revenir à l'écran précédent

	Activation / désactivation du volume cible
	Activation / désactivation du Mode nuit
	Réglages sonore
	Activation / désactivation du verrouillage des réglages*
	Compteur du volume de nutrition cumulé
	Historique des alarmes
	Historique de la nutrition
	Réglage Contraste / luminosité
	Réglage du temps entre 2 sons d'alarme*
	Ajustement du temps entre le message «Volume cible presque atteint» et l'alarme «Volume cible atteint»*
	Informations techniques

* Code d'accès nécessaire

5. Alarmes et dispositifs de sécurité

Si une alarme se déclenche:

Couper le son de l'alarme (si souhaité)

Détecter la cause et prendre les mesures appropriées

Arrêter l'alarme

Relancer la nutrition



Batterie vide

Brancher immédiatement la pompe sur l'alimentation secteur.



Poche vide/ Présence d'air dans la tubulure

Changer le contenant de nutrition et la tubulure ou vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air dans la tubulure.



Occlusion avale

Vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion dans la tubulure située après la pompe, du côté patient.



Porte ouverte

Fermer la porte de la pompe.



Occlusion amont

Vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion dans la tubulure située entre le contenant de nutrition et la pompe.

Volume cible presque atteint

Continuer ou terminer l'administration.



Installation de la tubulure

Contrôler la position de la tubulure en entrée et en sortie du mécanisme de la pompe et l'insérer correctement.



Volume cible atteint

Arrêter l'administration.



Alarme technique

Relever le code erreur technique (Err xyz) et contacter votre service biomédical.

Rappel de démarrage

Passer à l'étape suivante ou arrêter la pompe.

Amika® est une marque déposée par Fresenius Kabi dans certains pays sélectionnés.
En raison de l'évolution des normes, des textes réglementaires et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation de nos services. Document non contractuel. Ce document ne peut être reproduit en partie ou en totalité sans l'autorisation écrite de Fresenius Kabi.

Les dispositifs médicaux présentés dans ce document sont conçus pour la nutrition entérale. Ils sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
Performances, caractéristiques techniques et informations nécessaires au bon usage des dispositifs : consulter les instructions d'utilisation fournies avec les dispositifs.
Gamme Amika® : cl.IIa/ CE 0123
Fabricant légal : Fresenius Kabi AG-61346 Bad Homburg Germany

FRESENIUS KABI
caring for life*
* prendre soin de la vie

Fresenius VIAL S.A.S.
Le Grand Chemin
38590 Brézins
France
Tél. : +33 (0)4 76 67 11 11
Fax : +33 (0)4 76 67 11 12
commercial.vial@fresenius-kabi.com
Une société du groupe Fresenius Kabi
www.fresenius-kabi.fr

CC07027-0_Notice_Simplifiee_Amika_FR_2019